

# Bioclin

Serviço de Assessoria Científica - 0800-315454

## PROGRAMAÇÃO PARA HITACHI 911 ®

### FÓSFORO UV

Catálogo: K.068

Número de Testes: 333

HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários.

Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.

Test	[ FOSF ] [ ***** ]	Test Name	[ FOSF ]	Unit	[ MG/DL ]
Data Mode	[ ON BOARD ]	Report Name	[ FOSFORO UV BIOCLIN ]		
Control Interval	[ ]	Instrument Factor (Y =aX+B) a	[ 1.0 ]		
			B	[ 0 ]	
Expected Value	< serum >			Expected Value < urine >	
Age	(M)	(F)			
[100] [ Y ]	[ 0 ] - [ 99999 ]	[ 0 ] - [ 99999 ]			
[100] [ Y ]	[ 0 ] - [ 99999 ]	[ 0 ] - [ 99999 ]			
	[ 2.2 ] - [ 5.6 ]	[ 2.2 ] - [ 5.6 ]			
Tecnichal Limit	< serum >	< urine >			
	[ 0 ] - [ 15 ]	[ -99999 ] - [ 99999 ]			
STD	POS	SAMPLE	PRE	DIL	CALIB LOT. NO. [ QUALITATIVO ] [ NO ]
(1) 0.0	18	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[cod. Salina] 0000000 (1)
(2) **	**	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[cod. Calib.] 0000000 (1)
(3) 0			[ 0 ]	[ 0 ]	[ *** ] 0000000
(4) 0			[ 0 ]	[ 0 ]	[ *** ] 0000000
(5) 0					
(6) 0					
TEST	[ FOSF ]				
ASSAY CODE	[ 1 POINT ] [ 10 ] [ ]			WAVELENGTH (2 END / PRIMARY) [ ] [ 340 ]	
ASSAY POINT	[ 26 ] - [ ] - [ 0 ] - [ 0 ]			DILUENT/ RGT. STABILITY [ W ] [ 99 ]	
	<SERUM >			<URINE >	
S. VOL. (NORMAL)	[ 3 ] [ 0 ] [ 0 ]			[ 10 ] [ 0 ] [ 0 ]	
S. VOL. (DECREASE)	[ 2 ] [ 0 ] [ 0 ]			[ 10 ] [ 0 ] [ 0 ]	
S. VOL. (INCREASE)	[ 6 ] [ 0 ] [ 0 ]			[ 10 ] [ 0 ] [ 0 ]	
ABS LIMIT	[ 7300 ]		[ 0 ]		[ INCREASE ]
PROZONE LIMIT	[ 0 ]		[ ]		[ UPPER ]
REAGENT	T1 [ 300 ] [ 0 ] [ ***** ]				
	T2 [ 0 ] [ 0 ] [ ***** ]				
	T3 [ 0 ] [ 0 ] [ ***** ]				
	T4 [ 0 ] [ 0 ] [ ***** ]				
CALIBRATION TYPE	[ LINEAR ] [ 2 ]		[ 2 ]	[ 0 ]	
AUTO TIME OUT	BLANK [ 0 ]			SD LIMIT [ 0.1 ]	
	SPAN [ 0 ]			DUPLICATE LIMIT [ 150 ]	
	2 POINT [ 0 ]			SENSYTIVITY LIMIT [ 0 ]	
	FULL [ 0 ]			S1 ABS LIMIT [ -32000 ] [ 32000 ]	
				COMPENSATED LIMIT [ ]	