



Serviço de Assessoria Científica - 0800-315454

PROGRAMAÇÃO PARA HITACHI 911 ®

TGO CINÉTICO

Catálogo: K.048

Número de Testes: 300

HITACHI 911 é marca registrada de seus proprietários.

Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.

Test	[AST] [*****]	Test Name	[AST]	Unit	[U/L]
Data Mode	[ON BOARD]	Report Name	[TGO BIOCLIN]		
Control Interval	[]	Instrument Factor (Y =aX+B) a	[1.0]		
			B	[0]	
Expected Value	< serum >			Expected Value < urine >	
Age	(M)	(F)			
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
[100] [Y]	[0] - [99999]	[0] - [99999]			
	[5] - [38]	[5] - [38]			
Tecnichal Limit	< serum >	< urine >			
	[0] - [260]	[-99999] - [99999]			
STD	POS	SAMPLE	PRE	DIL	CALIB LOT. NO. [QUALITATIVO] [NO]
(1) 0.0	18	[20]	[0]	[0]	[cod. Salina] 0000000 (1)
(2) **	**	[20]	[0]	[0]	[cod. Calib.] 0000000 (1)
(3) 0			[0]	[0]	[***] 0000000
(4) 0			[0]	[0]	[***] 0000000
(5) 0					
(6) 0					
TEST	[TGO]				
ASSAY CODE	[RATE A] [5] []			WAVELENGTH (2 END / PRIMARY)	[700] [340]
ASSAY POINT	[3] - [9] - [0] - [0]			DILUENT/ RGT. STABILITY	[W] [99]
	<SERUM>			<URINE>	
S. VOL. (NORMAL)	[20] [0] [0]			[10] [0] [0]	
S. VOL. (DECREASE)	[10] [0] [0]			[10] [0] [0]	
S. VOL. (INCREASE)	[30] [0] [0]			[10] [0] [0]	
ABS LIMIT	[7300]			[0]	[DECREASE]
PROZONE LIMIT	[0]			[]	[UPPER]
REAGENT	T1 [200] [0] [****]				
	T2 [0] [0] [****]				
	T3 [0] [0] [****]				
	T4 [0] [0] [****]				
CALIBRATION TYPE	[LINEAR] [2]			[2] [0]	
AUTO TIME OUT	BLANK [0]			SD LIMIT	[0.1]
	SPAN [0]			DUPLICATE LIMIT	[200]
	2 POINT [0]			SENSYTIVITY LIMIT	[0]
	FULL [0]			S1 ABS LIMIT	[-32000] [32000]
				COMPENSATED LIMIT	[]