

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **ALBUMINA MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K040**
Lote: **129**
Fabricação: **09/2017**
Validade: **09/2019**
Registro ANVISA: **10269360114**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0058	2,800	2,800
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0046	4,500	4,500
SC03	PHH-3N	3,100	3,000
SC04	OHH-3P	3,900	3,700
SH01	5542017	3,167	3,200
SH02	5552017	2,600	2,600
SH03	5572017	2,300	2,300
SH04	5752017	2,533	2,533
SH05	5992017	4,767	4,767

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/10/2017



Bárbara Tiengo - Farmacêutica
Controle de Qualidade

