

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **ALBUMINA MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K040**
Lote: **130**
Fabricação: **02/2018**
Validade: **02/2020**
Registro ANVISA: **10269360114**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0060	2,700	2,800
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0047	4,500	4,367
SC03	PHH-3N	3,100	3,000
SC04	OHH-3P	3,900	3,900
SC05	PROIN 03982016	3,200	3,100
SH01	0462018	4,000	3,933
SH02	2182018	2,500	2,500
SH03	2192018	3,000	2,900
SH04	2202018	3,600	3,500
SH05	0322018	3,200	3,133

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/03/2018


Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br