

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **ALBUMINA MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K040**
Lote: **131**
Fabricação: **07/2018**
Validade: **07/2020**
Registro ANVISA: **10269360114**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0061	2,800	2,700
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0048	4,600	4,633
SC03	SHH 3N	3,000	2,900
SC04	RHH-3P	3,700	3,467
SC06	PROIN 03632017	3,300	3,400
SH01	5582018	4,000	4,000
SH02	7002018	3,500	3,500
SH03	6672018	2,600	2,700
SH04	5672018	4,733	4,800
SH05	4172018	4,067	4,100

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/07/2018



Bárbara Tiengo - Farmacêutica
Controle de Qualidade

