

## Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **ALBUMINA MONOREAGENTE**  
Cód. Referência: **K040**  
Lote: **132**  
Fabricação: **02/2019**  
Validade: **02/2021**  
Registro ANVISA: **10269360114**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0062	2,700	2,700
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0049	4,500	4,500
SC03	SHH 3N	3,000	2,900
SC04	RHH-3P	3,700	3,500
SH01	6692018	6,467	6,100
SH02	7332018	4,300	4,167
SH03	7342018	2,300	2,200
SH04	7362018	3,100	3,200
SH05	7372018	0,300	0,300

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/02/2019

  
Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico  
Controle da Qualidade