

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **42**
Fabricação: **12/2017**
Validade: **06/2019**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0059	109,000	108,333
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0047	278,000	289,000
SC03	PHH-3N	98,000	103,000
SC04	OHH-3P	132,000	143,333
SC05	PROIN 03982016	104,000	110,333
SC06	PROIN 02422015	228,000	228,667
SH01	8592017	208,000	217,000
SH02	8522017	130,667	136,667
SH03	8472017	140,333	145,667
SH04	8502017	166,667	176,000
SH05	9172017	159,000	166,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/01/2018



Bárbara Tiengo - Farmacêutica
Controle de Qualidade

