

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **43**
Fabricação: **03/2018**
Validade: **09/2019**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0060	105,000	110,333
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0047	278,000	285,000
SC03	PHH-3N	98,000	103,000
SC04	RHH-3P	126,000	130,667
SC05	PROIN 03982016	104,000	111,333
SH01	2092018	174,000	174,333
SH02	2022018	118,000	116,667
SH03	1872018	184,667	185,667
SH04	1622018	165,000	163,000
SH05	1592018	133,333	132,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/03/2018


Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br