

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **44**
Fabricação: **06/2018**
Validade: **12/2019**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SC01 | BIOCONTROL N LOTE 0061 | 104,000 | 99,000 |
| SC02 | BIOCONTROL P LOTE 0048 | 289,000 | 275,333 |
| SC03 | SHH 3N | 94,000 | 93,333 |
| SC04 | RHH-3P | 126,000 | 115,000 |
| SC06 | PROIN 03632017 | 120,000 | 118,000 |
| SH01 | 1792018 | 189,333 | 183,667 |
| SH02 | 2152018 | 235,667 | 228,333 |
| SH03 | 4182018 | 117,333 | 112,000 |
| SH04 | 5562018 | 177,000 | 171,000 |
| SH05 | 5572018 | 285,000 | 270,667 |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/07/2018


Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br