

## Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE DEDICADO**  
Cód. Referência: **K083**  
Lote: **45.1**  
Fabricação: **11/2018**  
Validade: **05/2020**  
Registro ANVISA: **10269360141**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0061	104,000	105,333
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0048	289,000	284,667
SC03	SHH 3N	94,000	99,333
SC04	RHH-3P	126,000	128,000
SC05	PROIN 00672018	122,000	122,667
SC06	PROIN 03632017	120,000	117,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/12/2018



Bárbara Tiengo - Farmacêutica  
Controle de Qualidade