

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE DEDICADO**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **45.1**
Fabricação: **11/2018**
Validade: **05/2020**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0061	104,000	104,333
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0048	289,000	279,333
SC03	SHH 3N	94,000	95,667
SC04	RHH-3P	126,000	125,667
SC05	PROIN 00672018	122,000	121,000
SC06	PROIN 03632017	120,000	121,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/12/2018



Bárbara Tiengo - Farmacêutica
Controle de Qualidade

