

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **45**
Fabricação: **11/2018**
Validade: **05/2020**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0061	104,000	105,667
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0048	289,000	269,333
SC03	SHH 3N	94,000	101,000
SC04	RHH-3P	126,000	122,667
SC05	PROIN 00672018	122,000	123,000
SC06	PROIN 03632017	120,000	123,333
SH01	7742018	131,000	132,667
SH02	9392018	185,667	187,667
SH03	11692018	46,000	48,667
SH04	11682018	92,667	95,000
SH05	11702018	23,000	23,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/11/2018


Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade

