

## Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**  
Cód. Referência: **K083**  
Lote: **46**  
Fabricação: **04/2019**  
Validade: **10/2020**  
Registro ANVISA: **10269360141**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SC01	BIOCONTROL N LOTE 0062	103,000	104,333
SC02	BIOCONTROL P LOTE 0048	289,000	282,333
SC03	SHH 3N	94,000	95,000
SC04	RHH-3P	126,000	117,333
SH01	0982019	143,333	145,667
SH02	1122019	150,333	147,333
SH03	2392019	203,333	203,333
SH04	2492019	165,333	165,333
SH05	3352019	72,667	72,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/04/2019



Bárbara Tiengo - Farmacêutica  
Controle de Qualidade

