

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **HCG STRIP**  
Cód. Referência: **K039**  
Lote: **159**  
Fabricação: **11/2018**  
Validade: **12/2019**  
Registro ANVISA: **10269360105**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SH01	CI HCG - PNCQ LOTE IMUB03652016	Positivo	Positivo
SH02	AM02HGC-PNCQ0405	Positivo	Positivo
SH03	HCG AM-02 EP390	Positivo	Positivo
SH04	HCG AM-01 EP393	Positivo	Positivo
SH05	HCG AM01PROEX389	Positivo	Positivo
SH06	6852018	Negativo	Negativo
SH07	6912018	Negativo	Negativo
SH08	8262018	Negativo	Negativo
SH09	6762018	Negativo	Negativo
SH10	CI HCG - PNCQ LOTE IMUB00172017	Negativo	Negativo
UR01	9512016	Positivo	Positivo
UR02	3712017	Positivo	Positivo
UR03	3722017	Positivo	Positivo
UR04	3732017	Positivo	Positivo
UR05	9472016	Positivo	Positivo
UR06	1082018	Negativo	Negativo
UR07	9122016	Negativo	Negativo
UR08	3242018	Negativo	Negativo
UR09	4302018	Negativo	Negativo
UR10	10602018	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/11/2018

*Barbara Tiengo*

**Bárbara Tiengo - Farmacêutica**  
**Controle de Qualidade**



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel +55 31 3499 5454  
fax +55 31 3439 5455  
www.bioclin.com.br