

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **HCG STRIP**
Cód. Referência: **K039**
Lote: **160**
Fabricação: **03/2019**
Validade: **12/2020**
Registro ANVISA: **10269360105**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SH01	11582018	Positivo	Positivo
SH02	11632018	Positivo	Positivo
SH03	11622018	Positivo	Positivo
SH04	11652018	Positivo	Positivo
SH05	11642018	Positivo	Positivo
SH06	2382018	Negativo	Negativo
SH07	2472019	Negativo	Negativo
SH08	2492019	Negativo	Negativo
SH09	2502019	Negativo	Negativo
SH10	3032019	Negativo	Negativo
UR01	9512016	Positivo	Positivo
UR02	9442016	Positivo	Positivo
UR03	3732017	Positivo	Positivo
UR04	11612018	Positivo	Positivo
UR05	11822018	Positivo	Positivo
UR06	9122016	Negativo	Negativo
UR07	11892018	Negativo	Negativo
UR08	11912018	Negativo	Negativo
UR09	9492016	Negativo	Negativo
UR10	1902018	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/04/2019


Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br